



Производитель: APTACA S.P.A., Via Monte Bianco 4 CAP 20900 MONZA (MB), Italy
E-mail: info@aptaca.com - Website: www.aptaca.com
Certified company UNI EN ISO 9001:2008 & UNI CEI EN ISO 13485:2012

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.

Технический паспорт Микропробирки «тип Эппендорф», коричневые

Описание

Материал - полипропилен. Цвет - коричневый. Защищает светочувствительные образцы. Имеет градуировку и поверхность для нанесения записи. Микропробирки на 0,5 и 1,5 мл не содержат ДНК-азы и РНК-азы.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал	Полипропилен
Температурный диапазон	От -10°C до +121°C
Срок годности	5 лет

Назначение

Медицинское изделие предназначено для лабораторных исследований. Не подлежит CE маркировке. Только для профессионального использования.

Артикул поставщика	Код	Объем	Диаметр	RCF макс.	Не содержит ДНК-азы и РНК-азы	Упаковка		
						Кол-во	Коробка	Вес
11005527	4003	0,5 мл	8 × 32 мм	38000 × g	Да	1000 шт.	0,005 м ³	0,6 кг
11005528	4103	1,5 мл	10,5 × 40 мм	38000 × g	Да	500 шт.	0,005 м ³	0,6 кг
11005529	4203	2,0 мл	10,5 × 40 мм	20000 × g	Нет	500 шт.	0,005 м ³	0,6 кг

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Символы на упаковке



Дата производства



Дата истечения срока годности



Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам



Номер серии



Одноразовое изделие



APTACA S.p.A.

Regione Monforte, 30 - Canelli (Asti) ITALY
TEL. +39 0141/83.50.75 - FAX +39 0141/83.52.92
E-mail: info@aptaca.com – http://www.aptaca.com

Certified Company
UNI EN ISO 9001 & UNI CEI EN ISO 13485

Certificate of conformity and quality assurance

Certificato di conformità e di qualità
Certificado de calidad



Esteemed:

Spettabile:

Estimados señores:

MiniMed Ltd

Russia, Bryansk City, Suponevo,
Shossejnaya Street, 17 A,
241520

Item code Codice Articolo Código	Lot number Numero Lotto Lote	Expiry date Data di scadenza Caducidad	Commercial Invoice n° D.d.t n° Factura n°
4203	16412	2024 - 10	IIII

Device description / Descrizione Dispositivo / Descripción

2 ml amber color micro test tube, in PP, graduated, Ø10.5x40mm
Microprovette ambrate 2 ml, in PP, graduate, Ø10,5x40 mm

- **We hereby declare that the Device in object is realized and tested in compliance with Quality procedures by controls effected with specific methodologies. Aptaca S.p.A. have Quality System certified in accordance with UNI EN ISO 9001 and UNI CEI EN ISO 13485 Standards. The Device meets the basic requirements of security and conformity provided by current Regulations and Directives.**

Si dichiara che il Dispositivo in oggetto è stato realizzato e verificato secondo le procedure di Qualità, con controlli effettuati secondo specifiche metodologie. Aptaca S.p.A. opera con un Sistema Qualità certificato conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO 13485. Il Dispositivo risponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di conformità previsti dalle Normative e Direttive vigenti.

Declaramos que los Dispositivo mencionados están fabricados y probado conforme con los procedimientos de Calidad, con controles llevados a cabo de acuerdo con metodologías específicas. Aptaca S.p.A. funciona con un Sistemas de gestión de la calidad certificado de conformidad con la norma UNI EN ISO 9001 y UNI CEI EN ISO 13485. El dispositivo cumple con los requisitos esenciales de seguridad y cumplimiento por los reglamentos y directivas en vigor.

- **Samples tested were free of any detectable DNase or RNase contamination, the Lot is certified to be RNase and DNase free**

I campioni testati sono privi di qualsiasi DNasi o RNasi rilevabile, il lotto è certificato RNasi e DNasi free

Las muestras analizadas están libres de cualquier contaminación detectable DNase y RNase, el lote está certificado como libre de RNasa y DNasa

- **The Device is Latex free**

Il Dispositivo è esente da lattice (Latex free)

El Dispositivo es libre de látex

- **The Device, in its integral package and under appropriate storage conditions, has a expiry date of 5 years from manufacturing date.**

La validità del Dispositivo, a confezione integra ed in condizioni appropriate di stoccaggio, è stabilita in anni 5 dalla data di fabbricazione.

La fecha de caducidad del Dispositivo, con el embalaje intacto y en condiciones adecuadas de almacenamiento, se establece en 5 años a partir de la fecha de fabricación.

Certificate date of issue

Data del certificato

Fecha de certificado

13/12/2019

Duilio BUONO
Quality Assurance Manager