



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.НВ63.Н00403

Срок действия с 10.11.2021 по 09.11.2024

№ 0494808

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", Место нахождения: 108801, город Москва, п Коммунарка, ул Потаповская Роща, д. 12 к. 2, этаж/пом подв./4 офис 14, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НВ63.

Дата регистрации аттестата аккредитации: 15.01.2020 года

ПРОДУКЦИЯ Банки лабораторные стеклянные градуированные с завинчивающейся крышкой; склянки лабораторные стеклянные с краном и без крана. Серийный выпуск

код ОК
23.19.23.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 23932-90, ГОСТ 25336-82, ГОСТ 19808-86

код ТН ВЭД
7017900000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd» ("Нингбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.", Китай,). Адрес: 16F-1, Building 1, №98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province People's republic of China. Телефон: 86-574-87739070 87722370. Адрес электронной почты: info@china-greetmed.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «МиниМед». Адрес: Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А. ОГРН: 1023202138332. Телефон: (4832) 92-97-97. Адрес электронной почты: info@minimed.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 32311.ИЛ01.СС0802 от 09.11.2021 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 05.10.2020 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Н. Ю. Бизюкова

инициалы, фамилия

С. А. Заикин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., 16F-1, Building № 1, No. 98
Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province People's republic of China
Адрес электронной почты: info@china-greetmed.com – Website: www.greetmed.com

Технические данные

Банка лабораторная 50 мл

из тёмного стекла с делениями и навинчивающейся крышкой

1. Код производителя

1401A.

2. Область применения

Предназначена для использования при проведении химико-аналитических, биологических, санитарно-гигиенических, фармацевтических работ, а также для хранения различных жидких и сыпучих химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих, в лабораторных условиях.

3. Используемый материал

<i>№</i>	<i>Компонент</i>	<i>Материал</i>
1	Банка	Стекло
2	Крышка	ПП (полипропилен)
3	Прокладка	Силикон
4	Промежуточная упаковка	Картон
5	Транспортная упаковка	Гофрированный картон

4. Размеры

Артикул	Код производителя	Объем, мл	Высота, мм	Диаметр дна банки, мм	Внутренний Ø горловины, мм	Толщина стенки, мм
10007209	1401A	50	88 ± 1,2	45,5 ± 1,2	17,5 ± 0,5	1,3

5. Серия

Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.

6. Условия хранения и использование

Изделия должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре $\leq 40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности.

Стекло затемнено окрашиванием, поэтому при использовании не допускается механическое воздействие на наружную поверхность банки.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.